

Mintavételi Utasítás

MVU-11-W

Vizsgálat: Egyéb szerves szennyezések
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:

Nem illékony szerves vegyületek esetén jól zárható csavarmentes kupakkal ellátott, 1 literes barna üveg (vizsgálat típusonként 1-1 db).

Illékony szerves vegyületek esetén 40 ml-es EPA vial (vizsgálat típusonként 1-1 db és összesen 1 db tartalék).

Összes klórbenzol vagy halogénezett aromás szénhidrogének vizsgálata esetén 1 literes barna üveg és 40 ml-es EPA vial is szükséges.







Alkalmazott címke nem illékony szerves vegyületek esetén:

EGYÉB  000000000000  Tel.: +36 1 872 3600  <input type="checkbox"/>	0000000		EGYÉB						MINTA JELE						
	0000000		 000000000000 MINTAVÉTELI ADATAI						HELY						
	0000000								IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
	0000000		MEGRENDELŐ						PROJEKT						
	0000000		TARTÓSÍTÁS						VIZSGÁLAT						
	0000000		<input type="checkbox"/> Na ₂ S ₂ O ₃ HŰTÉS						MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 						
	0000000														

Eljárás nem illékony szerves vegyületek esetén:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Alkalmazott címke illékony szerves vegyületek esetén:

EGYÉB  000000000000  Tel.: +36 1 872 3600 	0000000		EGYÉB  000000000000 TARTÓSZER <input type="checkbox"/> Na ₂ S ₂ O ₃ HŰTÉS	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
	0000000			IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000			MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
	0000000			VIZSGÁLAT					MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 	

Eljárás illékony szerves vegyületek esetén:

1. Töltse meg a mintavételi edényt a mintával buborékmentesen és zárja le!
2. Hálózati ivóvíz mintavételéhez kiadott edény Na₂S₂O₃ tartósítószer tartalmaz. Ügyeljen, hogy a tartósítószer ne mossa ki az edényből
3. Tartsa az edényeket 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **3 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


 Filep Zoltán
 laboratóriumvezető