

Eljárás felszíni, felszín alatti és szennyvíz esetén:

1. Minden esetben steril mintavételi eszközt kell használni (előzőleg sterilizált merítő edény, vagy teljesen új bailer) és mintánként cserélni kell az eszközöket, vagy a helyszínen sterilizálni (pl.: fém merítő edényt lánggal)
2. A további teendők megegyeznek az ivóvíz esetén felsorolt 1-3 pontokkal.

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva: **max. 24 óra!**

A hét utolsó munkanapján és munkaszüneti napon ne vegyen mintát, csak a Laboratóriummal történt előzetes egyeztetés után!

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



Filep Zoltán
laboratóriumvezető