

Mintavételi Utasítás

MVU-35-W

Vizsgálandó: Gravimetriás mérések
 (pl.: Ülepedő anyag, Lebegő anyag, Összes só)
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható csavarmenetes kupakkal ellátott, 1 literes barna üveg.

Alkalmazott címke:

GRAVI 000000000000 Tel.: +36 1 872 3600 	0000000		GRAVI 000000000000 MINTAVÉTELI ADÁTAI	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
	0000000			IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000			MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
	0000000			TARTÓSÍTÁS	VIZSGÁLAT			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS		
			HŰTÉS							

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **2 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

Filep Zoltán
 laboratóriumvezető